



〔取扱停止〕 労研式マスクフィッティングテスター MT-05as1-2-4311-11

商品コード	as1-2-4311-11
メーカー名	柴田科学
メーカー品番	
JANコード	4589988661732

【商品説明】

【特徴】使用する防じんマスクのままで顔面への密着性を測定することができます。室内粉じんを用いて防じんマスクの顔面への密着性を測定することができます。呼気中水分の結露現象を防止するための加熱機構を内蔵しています。1つの検出器で室内とマスク内の粒子数を自動的に切り替えて測定するので、検出器の特性による誤差が少ないです。マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を漏れ率(%)として数値化します。試験ガイドを使用した場合、マスクに穴を開ける必要はありませんので使用するマスクのままでご使用頂けます。マスクを加工してチューブを取り付けるチューブジョイントセットもご用意しております。フィットテストモード、フィットチェックモード、トレーニングモードの3つの測定でマスクの理想的な装着をサポートします。フィットチェックモードは最短30秒程度で漏れ率を測定するモードであり、日々のマスクの装着状態のチェックに適しています。【仕様】測定対象：マスクと顔面との密着性の評価測定項目：粒子個数と漏れ率、防護係数対象粒子径：0.3 μ m以上、0.5 μ m以上、0.3～0.5 μ mから選択可能測定時間：標準でマスク外側・マスク内パージ各10秒、測定各3秒(変更可)電源：AC100～240V、50/60Hz、約0.5Aサイズ(mm)：210×240×232(突起部除く)重量：約3kg品目コード：080200-07コード番号：030280-15107

【商品仕様】

サイズ: 0.0cm × 0.0cm × 0.0cm
重量: 0.0kg
在庫状況: 取り寄せ
税種: 標準税率(10%)
販売価格: 850,000円(税抜)

販売者名: ドクターマート
Email: n.ochiai@owlowl.co.jp
Tel: 0355420554
Fax: 0355420528

発行日: 2025年09月09日
登録日: 2025年01月05日
更新日: 2025年06月08日

住所:
〒1040041
東京都中央区新富1-5-5トーア新富マンション201